



Ministerio
de Salud Pública

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES**

CÓDIGO DNES Nº	ABR-01-R01
FECHA VIGENCIA:	18-jun-15
NÚMERO REVISIÓN:	PRIMERA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Abrillantadora industrial
DEFINICIÓN	Equipo de limpieza tipo industrial, usado para lavado y pulido de varios tipos de piso.
ATRIBUTO	VALOR
Potencia de motor:	Mínimo 1,5 HP.
Sistema de pulido:	Tipo disco, con una velocidad de giro de 175 rpm.
Diámetro de rotación:	17 pulgadas.
Accesorios:	Un (1) porta PAD o porta discos. Un (1) disco tipo PAD rojo. Un (1) disco tipo PAD blanco. Un (1) disco tipo PAD negro.
Energía / Alimentación	120V - 60Hz
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Se debe adjuntar Certificado del fabricante de que el equipo es nuevo de fábrica, no remanufacturado.
Mantenimiento Preventivo	Cada seis (6) meses deberá dar mantenimiento preventivo al bien.
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma referencial de los mantenimientos preventivos y actividades a realizar.