



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DNES

CÓDIGO DNES Nº	ACI-01-R04
FECHA VIGENCIA:	06/06/2017
REVISIÓN:	CUARTA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO	Acidímetro de leche
TIPO	Equipo Biomédico
DEFINICIÓN	Equipo destinado para determinar el grado de acidez de la leche materna, phmetro.
DEPENDENCIAS PARA USO EN	Banco de leche

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Control de funcionamiento	Mediante teclado de membrana o botones o superior
Pantalla para visualización de resultados.	LED ó LCD ó superior
Rango de medición	Dentro del rango de -3 a 18 pH
Resolución	Máximo 0,03 pH
Precisión de medición	Máximo \pm 0,03 pH
Calibración	En mínimo 1 punto
Funcionamiento con batería	Requerido.
Autonomía energía	Mínimo 80 horas
Apagado automático	Requerido.
Accesorios	Estuche porta equipo.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	Batería.
Instalaciones / Infraestructura	No aplica
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA y/o CE y/o Normas ISO
Mantenimiento Preventivo	De acuerdo a recomendación del fabricante.
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.