

FICHA N°	ANA-01
FECHA DE VIGENCIA:	2012-10-16
NOMBRE GENÉRICO	Analizador automático de Sangre Oculta en Heces
DEFINICIÓN	Equipo que analiza la presencia de sangre en heces.
ATRIBUTO	VALOR
1. Descripción	<p>1.1. Analizador de sangre en heces mediante medición turbidimétrica de la reacción inmunológica de anticuerpos monoclonales de hemoglobina humana en heces.</p> <p>1.2. Capacidad de análisis para 80 muestras/hora ofreciendo los primeros resultados a los 7 minutos.</p> <p>1.3. Capacidad de 10 muestras.</p> <p>1.4. Cubeta acrílica de reacción desechable con 5nm de paso de luz.</p> <p>1.5. Sistema de boquilla o puntas desechables.</p> <p>1.6. Dispensación de reactivo mediante sistema de boquilla o puntas desechables.</p> <p>1.7. Mezcla por inundamiento rápido.</p> <p>1.8. Sistema de incubación mediante bloque calefactor (Celda 37º, reactivo: 25º).</p> <p>1.9. Fuente luminosa tipo LED 660 nm.</p> <p>1.10. Detector: Fotodiodo de silicio.</p> <p>1.11. Memoria para al menos 900 test.</p> <p>1.12. Salida: Impresora térmica.</p> <p>1.13. Con sistema automático de lavado de aguja para reducir el riesgo de contaminación cruzada.</p> <p>1.14. Debe incluir función de ajuste de calibración.</p>
2. Accesorios	2.1 impresora termica para impresión de resultados
3. Consumibles	<p>3.1. reactivos por lo menos para 100 muestras</p> <p>3.2 por lo menos 5 rollos de papel termico para impresora</p>
4. Energía / Alimentación	4.1 Voltaje de alimentación 110 Vac.
5. Garantía técnica fabricante	5.1 Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
6. Certificados de Calidad del Equipo	6.1 FDA y/o CE y/o UL y/o TUV
7. Tiempo de entrega	7.1 Máximo 40 días
8. Mantenimiento Preventivo	8.1 Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
9. Cronograma de mantenimientos preventivos	9.1 Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listadode personal tecnico calificado