



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

**CÓDIGO PIFEMEFS Nº**

**ARM-08-R02**

**FECHA VIGENCIA:**

**21-jun-13**

**NÚMERO REVISIÓN:**

**SEGUNDA**

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO**

**Armario Frigorífico de 700 L de 2 puertas**

**DEFINICIÓN**

Armario frigorífico con capacidad aproximadamente de 700 litros y dos puertas para almacenaje a bajas temperaturas.

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**1. Características básicas del equipo**

- 1.1. Fabricado en el exterior en acero inoxidable salvo respaldo, con 2 puertas.
- 1.2. Equipado con estantes interiores y sistema de iluminación interno.
- 1.3. Para rango de temperatura de -2º a +8 ºC.
- 1.4. Controlado por microprocesador y equipado con display de temperatura digital.
- 1.5. Con aislamiento poliuretano inyectado sin CFC de 50 a 60 mm y descarche electrónico.
- 1.6. Equipado con dos puertas
- 1.7. Capacidad aproximada de 700 L
- 1.8. Compresor hermético y refrigeración forzada.

**2. Accesorios**

2.1. Un (1) juego de rejillas

**3. Consumibles**

N.A

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**Energía / Alimentación**

VAC: 110/115 V, 60 Hz.

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

**Certificados de Calidad del Equipo**

Certificación CE . Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

**Mantenimiento Preventivo**

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.