

 <p>Ministerio de Salud Pública</p>	FICHA TÉCNICA DNES
CÓDIGO DNES Nº	BAL-05-R04
FECHA VIGENCIA:	24/05/2017
REVISIÓN:	CUARTA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN
TIPO	Equipo biomédico
DEFINICIÓN	Balanza electrónica de precisión para laboratorio hasta 320 g
DEPENDENCIAS PARA USO EN	Laboratorio
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Repetibilidad	Balanza con repetibilidad dentro de rango de 0.00009 gr a 0,0001 gr
Legibilidad	Mínimo de 0,001 gr ó 1 mg
Modos de pesaje	Cuenta piezas, porcentaje %
Capacidad	Máxima de 320g y mínima de 0,01 g
Calibración	Calibración interna ó externa
Tiempo de estabilización	7 segundos
Diámetro de plato	Dentro del rango de 50 mm a 120 mm
Lineabilidad	Mínimo \pm 0,02 mg
Funciones	Tara y estabilizador del tiempo
Puertos de Comunicación	USB y/o RS232
Accesorios	Cargador a corriente alterna
	Un juego de pesas de calibración de diferentes magnitudes
	Cabina corta aires
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Instalaciones / Infraestructura	No aplica.
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA y/o CE y/o ISO 13485.
Mantenimiento Preventivo	De acuerdo a recomendación de fabricante
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.