



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS N° BAL-10-R01

FECHA VIGENCIA: 25-mar-14

NÚMERO REVISIÓN: PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO	Balanza de dos platillos
DEFINICIÓN	Instrumento mecánico básico de medición y pesaje para uso en laboratorio clínico y/o banco de sangre.
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Características técnicas del equipo	1.1. Estructura en acero inoxidable, conformado por dos platillos
	1.2. Con capacidad máxima de hasta 6 Kg.
	1.3. División de escala y sensibilidad aproximada de 2 g.
	1.4. Con escala frontal graduada (aproximadamente 50 g)
	1.5. Diámetro de plato de 140 a 160 mm
	1.6. Peso no superior a 15 kg.
	1.7. Con cojinetes de soporte
2.- Accesorios	2.1. Un (1) juego de pesas
3. Consumibles	N/A
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	N.A.
Garantía técnica fabricante	Garantía de dos años contra defectos de fabrica
Certificados de Calidad del Equipo	Certificación FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.
Mantenimiento Preventivo	Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.