

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS**

CÓDIGO PIFEMEFS Nº	BAR-02-R01
FECHA VIGENCIA:	04-ene-13
NÚMERO REVISIÓN:	PRIMERA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Barra de esquiascopía
DEFINICIÓN	Dispositivo de apoyo diagnóstico para realizar la prueba de esquiascopia o examen de la sombra pupilar con objeto de determinar el grado de refracción del ojo examinado.
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Características básicas del equipo	1.1. Dispositivo compuesto por una regleta positiva y una negativa
	1.2. Con graduaciones de 0,5 a 15-20 D
	1.3. Estuche de plástico o material sintético
2. Accesorios	N.A
3. Consumibles	N.A
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	N.A
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 1 año a partir de la fecha de aceptación definitiva del artículo
Certificados de Calidad del Equipo	Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.
Mantenimiento Preventivo	El establecido por el fabricante durante el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos	N.A