



**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS**

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

BAR-03-R01

FECHA VIGENCIA:

04-ene-13

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Barra de prismas

DEFINICIÓN

Dispositivo optométrico que permite medir el ángulo de estrabismo a través de un conjunto de prismas de diferentes graduaciones

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

- 1.1. Barra de prismas verticales con graduaciones entre 1 - 30 D
- 1.2. Estuche porta prismas de 24 o mas unidades

2. Accesorios

N.A

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

N.A

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 1 año a partir de la fecha de aceptación definitiva del artículo

Certificados de Calidad del Equipo

Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

El establecido por el fabricante durante el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

N.A