

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO  
CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS**

<b>CÓDIGO PIFEMEFS Nº</b>	<b>BAR-04-R01</b>
<b>FECHA VIGENCIA:</b>	<b>04/01/2013</b>
<b>NÚMERO REVISIÓN:</b>	<b>PRIMERA</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>Barra de prismas horizontal / vertical</b>
<b>DEFINICIÓN</b>	Dispositivo optométrico mediante combinación de barras horizontal y vertical que permite medir el ángulo de estrabismo a través de un conjunto de prismas de diferentes graduaciones
<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
<b>1. Características básicas del equipo</b>	1.1. Barra de prismas verticales con graduaciones entre 1 - 30 D
	1.2. Barra de prismas horizontales con graduaciones entre 1 - 45 D
	1.3. Estuche porta prismas
<b>2. Accesorios</b>	N.A
<b>3. Consumibles</b>	N.A
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	N.A
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Garantía técnica de 1 año a partir de la fecha de aceptación definitiva del artículo
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.
<b>Mantenimiento Preventivo</b>	El establecido por el fabricante durante el tiempo de garantía
<b>Cronograma de mantenimientos preventivos</b>	N.A