



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

BAÑ-05-R01

FECHA VIGENCIA:

06-feb-13

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Sistema de baño termo controlado por ultrasonido

DEFINICIÓN

Unidad de limpieza por ultrasonido con control de temperatura automatizado para equipos de uso en rehabilitación.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

- 1.1. Baño para limpieza por ultrasonido para materiales de todo tipo.
- 1.2. Amplio baño interior para limpieza profesional fabricado en acero inoxidable 304. Radiador con ventilación
- 1.3. Transductor de alta potencia con 5 ciclos de tiempo digital.
- 1.4. Capacidad de regulación de temperatura (65°C) y contador de tiempo (45min).
- 1.5. Con protección del circuito contra sobrecalentamiento.
- 1.6. Carcasa de plástico muy resistente.
- 1.7. Frecuencia de ultrasonidos 42000 Hz.
- 1.8. Capacidad del baño aprox. 2.500 ml.

2. Accesorios

2.1. Una (1) bandeja protectora de plástico

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

VAC: 110/115 V, 60 Hz.

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.