

 <p>Ministerio de Salud Pública</p>	FICHA TÉCNICA DNES
CÓDIGO DNES Nº	BAN-12-R03
FECHA VIGENCIA:	06/06/2017
REVISIÓN:	TERCERA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Baño María para leche humana
TIPO	Equipo biomédico
DEFINICIÓN	Equipo baño maría para descongelar leche humana.
DEPENDENCIAS PARA USO EN	Banco de Leche.
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material de fabricación	Acero inoxidable o material de similares características.
Aislamiento isotérmico	Requerido
Drenaje	Requerido
Capacidad	Mínimo 25 litros
Rango de temperatura	Dentro del rango de 0°C a 50°C.
Estabilidad de la temperatura	+/- 0,5°C o inferior
Seguridad	Contra sobrettemperatura
Indicadores de proceso de calentamiento	Audibles y/o visuales.
Accesorios	Una (1) manguera para drenaje
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Instalaciones / Infraestructura	No aplica.
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Certificación FDA y/o CE (Conformidad Europea) y/o Normas ISO
Mantenimiento Preventivo	Según recomendación del fabricante
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas