



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

BOM-03-R01

FECHA VIGENCIA:

28-feb-13

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Bomba de irrigación para endoscopio

DEFINICIÓN

Equipo accesorio para la irrigación a demanda durante procedimientos de endoscopia

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

1.1. Tamaño pequeño y compacto, práctico para usar, instalar y guardar.

1.2. Operación con pedal o interruptor de pié

1.3. Con cabeza de la bomba fácil de conectar y operar

1.4. Con display digital que muestre como mínimo estado del equipo, volumen, velocidad de flujo y alarmas de flujo por fuera de parámetro y falla del sistema de alimentación.

1.5. Con función de interrupción automática para el cese del suministro agua destilada luego de 20 segundos de operación continua.

1.6. Velocidad de flujo ajustable. Para bajos flujos de 1 a 5 ml / min y para altos flujos de 6 a 35 ml o superior.

1.7. Tubos y contenedores serán esterilizables en autoclave.

2. Accesorios

2.1. Set de tubos y contenedores esterilizables

2.2. Pedal o control remoto de relevo

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

VAC: 110/115 V, 60 Hz.

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificaciones FDA y/o CE . Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. IEC 601-1, IEC 601-1-2. Para irrigación médica UL 2601-1

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.