



Ministerio  
de Salud Pública

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LOS SERVICIOS DE SANGRE - DNES**

<b>CÓDIGO DNES Nº</b>	CAJ-08-R01
<b>FECHA VIGENCIA:</b>	08/10/2015
<b>NÚMERO REVISIÓN:</b>	PRIMERA
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	Refrigeradores portátiles para transporte de sangre (15 bolsas)
<b>DEFINICIÓN</b>	Equipo para transporte de sangre y componentes sanguíneos manteniendo una temperatura estable en condiciones extremas de temperatura y humedad ambiental, con permanente monitoreo de la temperatura.
<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
<b>Capacidad</b>	Mínimo 15 bolsas de sangre de 450 ml
<b>Estructura</b>	Material interior y exterior de polietileno o plástico, impermeable resistente a caídas y golpes.
<b>Aislamiento</b>	De poliuretano de mínimo 20 mm de espesor
<b>Autonomía frigorífica sin apertura</b>	Mínimo 30 horas
<b>Sellado de tapa</b>	Hermético con bisagra
<b>Sistema de refrigeración</b>	El número de bloques refrigerantes necesarios para mantener la autonomía frigorífica de acuerdo a las requisitos mínimos de OMS.
<b>Condiciones Externas</b>	Que soporte temperaturas externas de al menos 32°C
<b>Seguridad para el transporte</b>	Contenedor interior para evitar movimientos bruscos.
<b>Sujeción para transporte</b>	Correa con dos (2) asas, una a cada lado
<b>Accesorios</b>	Un (1) contenedor interior aislante con tapa
	Un (1) registrador continuo de datos de temperatura o data logger
	Bastidor de centraje y fijación para contenedor interior
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	N/A
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Normativa E4/CB.4 o B4/CB.4 o E4/CB.2 o B4/BC.1 o B4/CB.2 de la OMS / UNICEF
<b>Cronograma de mantenimientos preventivos</b>	N/A