



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº

CAL-02-R03

FECHA VIGENCIA:

13-abr-15

NÚMERO REVISIÓN:

TERCERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Calentador de biberones

DEFINICIÓN

Dispositivo termorregulador para calentamiento de biberones para uso en neonatología

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

1.1. Calienta biberones con capacidad de 1 a 8 biberones .

1.2. Diseñado para biberones cuyo tamaño varía entre 50 ml y 240 ml

1.3. Forma rectangular y profundidad hasta 120 mm con posibilidad de incorporar piezas reductoras.

1.4. Revestimiento de aluminio lacado.

1.5. Calentador fabricado en aluminio anodizado.

1.6. Con control termostato electrónico + 37 °C (ajustable a máximo : + 49 °C)

2. Accesorios

N.A

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

VAC: 110/115 V, 60 Hz.

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificaciones FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.