



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

CAM-17-R01

FECHA VIGENCIA:

04-ene-13

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Camilla y colchón para grúa

DEFINICIÓN

Camilla y colchón para grúa de transporte de paciente.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

1.1. Camilla desmontable construida en acero con esmalte plastificado especialmente resistente al agua.

1.2. Construida en tres planos, los dos extremos abatibles con sistema de bloqueo de seguridad que permite posicionamiento de cama o asiento.

1.3. Dimensiones aproximadas: 1850 mm x 450 mm.

1.4. Colchoneta de tipo hospitalario de tres planos adaptable al chasis de la camilla.

1.5. Grosor mínimo de colchoneta de 3 cm, recubierta y en material antideslizante y antialérgico

1.6. Capacidad máxima de carga entre 160 kg - 180 kg.

1.7. Dimensiones aproximadas: 2,0 m largo X 70 cm de ancho

1.8. Rangos de altura de 65 cm- 90 cm

2. Accesorios

N.A

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

N.A

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificaciones FDA y/o CE . Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada seis meses deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.