



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº CAM-22-R01

FECHA VIGENCIA: 20-ago-14

NÚMERO REVISIÓN: PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO Camilla para ambulancia
DEFINICIÓN Camilla plegable de transporte de pacientes para uso en ambulancia.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo	1.1. Camilla en estructura metálica en acero inoxidable y/o aluminio.
	1.2. Altura regulable entre el rango de 330 mm a 1060mm.
	1.3. Dimensiones básicas máximas 2,15 m de largo X 710 mm de ancho
	1.4. Peso máximo 72 Kg
	1.5. Barandas laterales que permitan el cierre.
	1.6. Soporte porta sueros integrada.
	1.7 Respaldo o cabecera ajustable
	1.8. Cuatro ruedas giratorias de diámetro mínimo de 125 mm, con frenos anteriores y posteriores y con dos ruedas superiores en la cabecera.
	1.9. Capacidad de carga mínima de 160 kg.
2. Accesorios	2.1. Porta sueros adicional ajustable a estructura
	2.2. Colchoneta fabricada en poliuretano de alta densidad, con espesor mínimo de 7 cm y cubierta por un forro en vinil impermeable, antibacterial, fungicida y retardante al fuego.
	2.3. Tres (3) cinturones para fijación de paciente
3. Consumibles	N.A.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	N.A
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo	Certificaciones FDA y/o CE (Comunidad Europea). Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.
Mantenimiento Preventivo	Cada seis meses deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se deberá entregar junto con la oferta.