



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DNES

CÓDIGO DNES N° CEN-13-R01

FECHA VIGENCIA: 11/10/2016

REVISIÓN: PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO	CENTRÍFUGA PARA TARJETAS
TIPO	Equipo Biomédico
DEFINICIÓN	Equipo que mediante los movimientos de rotación permiten generar la fuerza centrífuga, potencializando la reacción antígeno anticuerpo.
DEPENDENCIAS PARA USO EN	Hemocentro, Centros de Colecta

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Capacidad	Mínimo 24 tarjetas
Estructura	Robusta, metálica de acero inoxidable o material de alta resistencia, cubierta con pintura electrostática y tratamiento anticorrosivo .
Velocidad	Mínimo 900 rpm
Pantalla	Digital / LCD
Programación	Para la aceleración, velocidad, frenado y tiempo.
Seguridad	Cierre hermético y apertura de la tapa de forma automática.
Sensor	De detección de desequilibrio del cabezal.
Nivel de ruido	Inferior a 60 db
Alarmas	Visuales y audibles mínimo para fin de ciclo y errores.
Transmisión de datos	Registrador continuo de datos, puerto de comunicación externo.
Software	Sistema operativo para el funcionamiento del equipo.
Accesorios	NA

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 VAC / 60 HZ.
Instalaciones / Infraestructura	No aplica
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la puesta en marcha del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	FDA o CE
Mantenimiento Preventivo	Según recomendaciones del fabricante.
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.