



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

**CÓDIGO PIFEMEFS Nº**

COM-02-R01

**FECHA VIGENCIA:**

05-feb-13

**NÚMERO REVISIÓN:**

PRIMERA

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO**

Compresor de aire Trifásico de 50 L insonorizado

**DEFINICIÓN**

Compresor de aire silencioso para uso en mesa de anatomía patológica, de funcionamiento trifásico y con extractor de fluidos.

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**1. Características básicas del equipo**

1.1. Nivel sonoro no superior a 65 dB.

1.2. Con depósito de 50 L.

1.3. Potencia de al menos 3 CV.

1.4. Presión de 10 bar.

1.5. Con cabezal de dos cilindros y una etapa.

1.6. Presostato y ventilación forzada.

1.7. Desplazamiento de 450 L/min.

1.8. Velocidad no inferior a 1100 rpm

1.9. Deberá estar montado en cabina insonorizada con ruedas.

**2. Accesorios**

N.A

**3. Consumibles**

N.A

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**Energía / Alimentación**

Voltaje de alimentación trifásica 220 V / 60 Hz

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

**Certificados de Calidad del Equipo**

Certificación FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

**Mantenimiento Preventivo**

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos