



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

COM-03-R01

FECHA VIGENCIA:

06-feb-13

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Compresor odontológico de aire insonorizado

DEFINICIÓN

Compresor de aire para uso de la unidad odontológica, de bajo ruido y alta potencia, con secador incorporado.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

1.1. Potencia: 3/4hp (0.55kw)

1.2. Velocidad: 2500-3000 r.p.m.

1.3. Presión mínima: 8 BAR (115 psi)

1.4. Caudal de aire aproximadamente: 55-60 L/min. (2 cfm)

1.5. Capacidad: 12 - 15 L (3 Gal)

1.6. Peso no superior a 30 Kg

1.7. Sonido no superior a 45 dB

1.8. Lubricación de aceite

1.9. Secador incorporado

2. Accesorios

N.A

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

Voltaje de alimentación 110 V / 60 Hz

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificación FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos