



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DNES

CÓDIGO DNES Nº

CON-20-R03

FECHA VIGENCIA:

11/10/2016

REVISIÓN:

TERCERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO	CONECTOR PARA TUBOS ESTÉRIL
TIPO	Equipo Biomédico
DEFINICIÓN	Equipo permite conexión estéril entre dos tubuladuras
DEPENDENCIAS PARA USO EN	Hemocentro, Centros de Colecta

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Estructura	Robusta, de fácil limpieza, de acero inoxidable o material no corrosivo.
Sistema de sellado	Automático de: laminillas o cuchillas o cartuchos o térmico.
Sistema de conexión	Para todas las conexiones húmedo-húmedo, seco-seco, seco-húmedo
Uso	En banco de sangre
Pantalla	Que permita visualizar parámetros programables
Alarmas	Audibles y visuales para fin de ciclo y errores.
Consumibles	Una (1) caja de cuchillas / cassettes / cartuchos

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 VAC / 60 HZ.
Instalaciones / Infraestructura	No aplica
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la puesta en marcha del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	FDA o CE
Mantenimiento Preventivo	Según recomendaciones del fabricante.
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.