

 <p>Ministerio de Salud Pública</p>	FICHA TÉCNICA DNES	
CÓDIGO DNES Nº	CON-28-R01	
FECHA VIGENCIA:	17/11/2017	
REVISIÓN:	PRIMERA	
DATOS GENERALES		
NOMBRE GENÉRICO	CONGELADOR RÁPIDO DE PLASMA	
TIPO	Equipo Biomédico	
DEFINICIÓN	Equipo capaz de generar temperaturas negativas y acelerar el proceso de congelamiento del plasma sanguíneo, garantizando la conservación de muestras en los laboratorios.	
DEPENDENCIAS PARA USO EN	Hemocentro, Bancos de Sangre	
ATRIBUTO	VALOR	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		
Tipología		
Tipo de congelador	Instantáneo por placa de contacto horizontal.	
Capacidad de la cámara	≥ 30 bolsas de plasma.	
Estructura		
Tipo de material externo	Acero ó acero inoxidable	
Temperatura		
Ciclos de temperatura preconfigurada	Requerido.	
Rango de temperatura	Mida valores de congelación rápidos inferiores a -30 °.	
Tiempo		
Rango de tiempo de aceleración de congelamiento	≤ 50 minutos.	
Visualización de parámetros		
Pantalla de visualización de temperatura	Requerido.	
Accesorios	Un (1) cable de poder.	
	Un (1) carro de transporte.	
	Mínimo (3) bandejas de transporte.	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 HZ.	
Intalaciones / Infraestructura	No aplica	
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la puesta en marcha del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA y/o CE y/o Normas ISO	
Mantenimiento Preventivo	Según recomendaciones del fabricante.	
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.	