



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DNES

**CÓDIGO DNES Nº** DER-01-R03

**FECHA VIGENCIA:** 29/05/2017

**REVISIÓN:** TERCERA

### DATOS GENERALES

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>NOMBRE GENÉRICO</b>          | <b>Dermatoscopio</b>   |
| <b>TIPO</b>                     | Equipo biomédico   |
| <b>DEFINICIÓN</b>               | Equipo de precisión óptica para magnificación y registro fotográfico de lesiones dermatológicas. |
| <b>DEPENDENCIAS PARA USO EN</b> | DERMATOLOGÍA (CONSULTORIO, GABINETE, PROCEDIMIENTOS)   |

### ATRIBUTO

### VALOR

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Iluminación</b>      | Dos tipos de intensidades lumínicas.                     |
| <b>Aumento de lupa</b>  | Requerido  |
| <b>Batería Auxiliar</b> | Batería recargable.                                      |
| <b>Escala</b>           | Graduable  |
| <b>Accesorios</b>       | Un (1) cargador de baterías                              |
|                         | Un(1) cable de conexión a dispositivo externo (opcional) |
|                         | Un (1) estuche transporte                                |
|                         | Un (1) paño limpiador                                    |
|                         | Un (1) Ocular opcional                                   |

### OTRAS ESPECIFICACIONES

|   |   |
|---|---|
| <b>Energía / Alimentación</b>                   | 110 VAC / 60 Hz   |
| <b>Instalaciones / Infraestructura</b>          | No aplica.  |
| <b>Garantía técnica fabricante</b>              | Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.   |
| <b>Certificados de Calidad del Equipo</b>       | Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO 13485.  |
| <b>Mantenimiento Preventivo</b>                 | Según recomendación del fabricante  |
| <b>Cronograma de mantenimientos preventivos</b> | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado. |