



Ministerio
de Salud Pública

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS**

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

DES-02-R01

FECHA VIGENCIA:

12-Mar-14

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Descalcificador de agua 30 L

DEFINICIÓN

Sistema controlado de tratamiento y descalcificación de agua.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

1.1. Compuesto por un equipo de ósmosis inversa.

1.2. Una unidad de descalcificación

1.3. Con un sistema de depósito de al menos 30 L para agua descalcificada.

1.4. Un depósito para agua osmotizada.

1.5. Se deberá incluir toda la instalación y puesta en marcha de la unidad de descalcificación y la bomba de ósmosis inversa.

2. Accesorios

N.A

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

VAC: Dentro del rango de 110 V a 127 V - 60 Hz

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificación FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento y calibración, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos y certificación del personal calificado por el fabricante que estará encargado de dicho mantenimiento.