

 Ministerio de Salud Pública	FICHA TÉCNICA DNES
CÓDIGO DNES N°	DES-03-R03
FECHA VIGENCIA:	03/01/2017
REVISIÓN:	TERCERA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Descalcificador de agua
TIPO	Equipo de apoyo
DEFINICIÓN	Sistema controlado de tratamiento y descalcificación de agua para unidades de esterilización.
DEPENDENCIAS PARA USO EN	ESTERILIZACIÓN
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	
Osmosis Inversa	Compuesto por un equipo de ósmosis inversa.
Unidad de descalcificación	Una unidad de descalcificación
Capacidad depósito agua descalcificada	Con un sistema de depósito de al menos 1500 L para agua descalcificada.
Capacidad depósito agua osmotizada	Un depósito para agua osmotizada de mínimo 1000 L.
Otros	Se deberá incluir toda la instalación y puesta en marcha de la unidad de descalcificación y la bomba de osmosis inversa, junto con el equipamiento del servicio de esterilización.
Accesorios	No aplica
Consumibles	No aplica
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Instalaciones / Infraestructura	Toma de agua fría: 1,5" Desagüe
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la recepción del bien.
Certificados de Calidad del Equipo	Certificación CE (Conformidad Europea) y/o Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.
Mantenimiento Preventivo	Según recomendaciones del fabricante.
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.