



Ministerio  
de Salud Pública

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO  
CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES**

**CÓDIGO DNES Nº**

**ENC-01-R01**

**FECHA VIGENCIA:**

**20-oct-14**

**NÚMERO REVISIÓN:**

**PRIMERA**

**DATOS GENERALES**

**NOMBRE GENÉRICO**

**Encapsulador Semiautomático**

**DEFINICIÓN**

Equipo para llenado y cerrado de capsulas.

**ATRIBUTO**

**VALOR**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**1. Características básicas del equipo**

1.1. Acomoda destapa capsulas.

1.2. Producción aproximada 1800 capsulas/hora o mayor.

1.3. Tamaños posibles: 3-2-1-0-00.

1.4. Capacidad de 100 capsulas por ciclo o mayor.

**2. Accesorios**

2.1 Incluye compactador para el numero de capsulas.

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

**Certificados de Calidad del Equipo**

Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

**Mantenimiento Preventivo**

Cada tres meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración sin costo adicional en el tiempo de garantía

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.