



Ministerio  
de **Salud Pública**

## FICHA TÉCNICA DNES

**CÓDIGO DNES Nº** ENF-02-R03

**FECHA VIGENCIA:** 24/05/2017

**REVISIÓN:** TERCERA

### DATOS GENERALES

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	ENFRIADOR RAPIDO TIPO MONOBLOQUE
<b>TIPO</b>	Equipo biomédico
<b>DEFINICIÓN</b>	Equipo destinado al enfriamiento rápido de la leche humana después del proceso de pasteurización
<b>DEPENDENCIAS PARA USO EN</b>	Hospitales

### ATRIBUTO

### VALOR

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Material</b>	Construida en acero inoxidable.
<b>Estructura</b>	Tipo monobloque.
<b>Aislamiento</b>	Tina térmicamente aislada
<b>Capacidad de cuba</b>	Mínimo cuarenta y cinco (45) litros de agua
<b>Capacidad de botellas de leche</b>	Mínimo de treinta (30) botellas para leche de 300 ml.

### OTRAS ESPECIFICACIONES

<b>Energía / Alimentación</b>	120 VAC $\pm$ 10% / 60 Hz
<b>Instalaciones / Infraestructura</b>	N.A.
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO
<b>Mantenimiento Preventivo</b>	Frecuencia: Cada 6 meses
<b>Cronograma de mantenimientos preventivos</b>	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.