

<b>CÓDIGO PIFEMEFS Nº</b>	<b>EQU-13-R01</b>
<b>FECHA VIGENCIA:</b>	<b>04-ene-13</b>
<b>NÚMERO REVISIÓN:</b>	<b>PRIMERA</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>Maquina cerradora de capsulas y ampollas</b>
<b>DEFINICIÓN</b>	Equipo para cierre automatizado de capsulas, ampollas y viales para administración farmacéutica
<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
<b>1. Características básicas del equipo</b>	1.1. De accionamiento manual diseñado para uso con gas natural o aire comprimido.
	1.2. Salida hasta 10 por minuto.
	1.3. Equipado con válvula mezcladora para ajustar las llamas de máximo calor.
	1.4. Con regulador y manómetro para mantener un flujo constante.
<b>2. Accesorios</b>	N.A
<b>3. Consumibles</b>	N.A
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	Voltaje de alimentación 110 V / 60 Hz
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.
<b>Mantenimiento Preventivo</b>	Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
<b>Cronograma de mantenimientos preventivos</b>	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos