

 <p>Ministerio de Salud Pública</p>	FICHA TÉCNICA DNES
CÓDIGO DNES N°	EQU-17-R03
FECHA VIGENCIA:	24/05/2017
REVISIÓN:	TERCERA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Resectoscopio bipolar rotativo de flujo continuo
TIPO	Equipo biomédico
DEFINICIÓN	Equipo de endoscopia completo y funcional, para intervenciones para resección de próstata y tumores vesicales, con uso de corriente bipolar y soluciones salinas.
DEPENDENCIAS PARA USO EN	QUIROFANO
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Optica	De 30°, 4 mm de diametro
Obturador	Requerido
Vaina de resectoscopio	Requerido
Accesorios	Un (1) evacuador de vejiga de Ellik o Tommey.
	Un (1) cable de fibra óptica dentro del rango de 1.5 a 3 m
	Un (1) Cable Bipolar para elemento de trabajo compatible con la unidad electroquirúrgica del hospital
	Un (1) contenedor para esterilización Diez (10) electrodos diferentes de corte
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Instalaciones / Infraestructura	No aplica
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO 13485.
Mantenimiento Preventivo	Según recomendación del fabricante
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas