



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº EQU-40-R01

FECHA VIGENCIA: 18-feb-15

NÚMERO REVISIÓN: PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO	EQUIPO AUTOMÁTICO AUTOCOLOREADOR DE LAMINILLAS
DEFINICIÓN	Equipo automatizado circular u horizontal para coloración de cortes histológicos y citología
ATRIBUTO	VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo	1.1 Pantalla digital
	1.2 Capacidad de multitinción simultánea en cestillos de al menos veinte (20) slides
	1.3 Sistema de seguridad de extracción de gases con filtro de carbón activado o similar
	1.4 Con capacidad para distintos programas de tinción
	1.5 Mínimo veinte (20) estaciones
	1.6 Con al menos tres (3) posiciones de lavado
	1.7 Volumen máximo de 450 ml por cubeta
	1.8 Mínimo tres (3) estufas de secado
	1.9 Tiempo de inmersión variable
	1.10 Teclado touch o de membrana
	1.11 Interfaz de comunicación con PC
2. Accesorios	2.1 Un (1) juego extra de filtros
	2.2 Un (1) juego de fusibles de repuesto
	2.3 Un (1) juego de cubetas de acuerdo a la capacidad del equipo
	2.4 Un (1) juego de racks de acuerdo a la capacidad del equipo
	2.5 Tubo de alimentación de agua corriente y de drenaje
	2.6 Un (1) cable de fuente de poder
	2.7 Respaldo de batería/UPS interno o externo de la menos 40 minutos
3. Consumibles	N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	Voltaje de alimentación 110 V / 60 HZ.
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
Certificados de Calidad del Equipo	Certificaciones FDA y/o CE . Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.
Mantenimiento Preventivo	Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas; y listado de personal técnico calificado.