



Ministerio  
de **Salud Pública**

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO  
CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES**

**CÓDIGO DNES Nº**

**EQU-44-R01**

**FECHA VIGENCIA:**

**28-dic-15**

**NÚMERO REVISIÓN:**

**PRIMERA**

**DATOS GENERALES**

**NOMBRE GENÉRICO**

**Equipo de Salto, Fuerza, Velocidad y Reacción**

**DEFINICIÓN**

Plataforma empleada para calcular la altura de los saltos así como su potencia

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ATRIBUTO**

**VALOR**

**Alfombra o tapete**

Alfombra o tapete de contactos

**Resolución temporal**

Mínimo 1 milisegundo

**Software**

Software Completo para análisis del salto

**Cálculos**

Mínimo Fuerza y potencia del salto

**Presión de activación**

Mínimo 100 gramos/cm<sup>2</sup>

**Material de la Alfombra**

PVC o polietileno

**Accesorios**

Maleta de transporte

Un (1) Cable de conexión de la alfombra hacia PC

Laptop: Windows 7 o superior, mínimo procesador de 2 GHz, memoria RAM de mínimo 2 GB, Disco duro de mínimo 250 GB.

Un (1) cable de interconexión entre alfombras

**Energía / Alimentación**

110~120 V AC, 60 Hz.

**Certificados de Calidad**

FDA o CE.

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

**Mantenimiento Preventivo**

Cada seis meses deberá dar mantenimiento preventivo.

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.