



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº EST-16-R04

FECHA VIGENCIA: 15-ago-14

NÚMERO REVISIÓN: CUARTA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO	Esterilizador de peróxido de una sola puerta
DEFINICIÓN	Equipo de esterilización a baja temperatura con peróxido y de una sola puerta para uso hospitalario

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo	1.1. Esterilizador para material termolábil, mediante peróxido
	1.2. Sistema de operación controlado por microprocesador
	1.3. Volumen de al menos 100 L
	1.4. Con programa de baja temperatura entre 30 - 60 °C y test de vacío preprogramado
	1.5. Con registro gráfico electrónico de mínimo dos canales incorporado.
2. Accesorios	2.1. Un Kit de accesorios para esterilizador
	2.2. Montajes, plafones, embellecedores externos y dinteles de remate a la obra en acero inoxidable AISI 304 o su equivalente.
	2.3. Un (1) coches de carga (especificaciones Ficha: COC-08)
	2.4. Plafón puerta de acceso para mantenimiento con hueco.
3. Consumibles	N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	VAC: 220 V / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo	Certificación FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.
Mantenimiento Preventivo	Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos