



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

**CÓDIGO DNES Nº**

EST-18-R02

**FECHA VIGENCIA:**

29-ene-15

**NÚMERO REVISIÓN:**

SEGUNDA

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO**

Estufa incubadora 50 litros.

**DEFINICIÓN**

Equipo Incubador de cultivos vivos para trabajo en laboratorio.

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### 1. Características básicas del equipo

1.1. Carcasa exterior e interior en acero inoxidable resistente a la corrosión.

1.2. Puerta abatible metálica con asilamiento térmico.

1.3. Equipada con cámara de precalentamiento asilada y controlada electrónicamente.

1.4 Display digital para control de mínimo temperatura y tiempo de funcionamiento.

1.5. Rango de temperatura de incubación aproximada +5°C hasta +75°C

1.6. Equipada con sensor para detectar sobrecalentamiento o falla de control de temperatura.

1.7. Temporizador de 1 min a 99 horas y rangos de temperatura.

1.8. Conexión RS232 u otro puerto de comunicación similar.

1.8. Volumen interior de cámara mínimo 50 litros.

1.9. Como mínimo las siguientes alarmas: tapa abierta, sobre temperatura y falla de suministro eléctrico.

1.10. Mínimo dos (2) bandejas de acero inoxidable o dos (2) rejillas de acero inoxidable.

#### 2. Accesorios.

2.1. Mínimo dos (2) bandejas de acero inoxidable o dos (2) rejillas de acero inoxidable ADICIONALES para reposición.

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**Energía / Alimentación**

VAC: 110 V / 60 Hz

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.

**Certificados de Calidad del Equipo**

Certificación FDA y/o CE. Certificación ISO 9001 para buenas prácticas de fabricación y/o ISO 13485 para equipos médicos.

**Mantenimiento Preventivo**

Cada seis meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas, horas y listado de personal técnico calificado.