

 Ministerio de Salud Pública	FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO D.N.E.S.
CÓDIGO D.N.E.S. N°	FAC-03-R01
FECHA VIGENCIA:	19/11/2015
NÚMERO REVISIÓN:	PRIMERA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Facoemulsificador
DEFINICIÓN	Equipo de ultrasonografía para uso en oftalmología, con capacidad de: Extracción de catarata por facoemulsificación, vitrectomía anterior y vitrectomía posterior.
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Procedimientos	Para usarlos mínimo en : Vitrectomía Anterior y Posterior, Extracción de cataratas.
Procedimientos combinados	Faco-Vitreo
Monitor	Para Visualización de parámetros
Sistema de iluminacion	Xenon o halógena o LED
Sistema de vitrectomía	Calibre 23 - 25 - 27
Ultrasonido	Frecuencia dentro del rango de 25 a 55 kHz.
	Pulsación, dentro del rango de 0 a 100 pulsos/segundo o Hz.
	Diatermia, de potencia dentro del rango de 0 a 15 W
Vitrector	Sistema de corte, mínimo neumático
	Velocidad de corte, dentro del rango de 10 a 4000 cortes/minuto, para sistema neumático
Vacío	Dentro del rango de 0 a 700 mmHg.
Inyección o Presión de aire	Dentro del rango de 0 a 100 mmHg
Inyección de aceite o fluido viscoso	Dentro del rango de 40 a 600 kPa o 0,5 a 6 bar
Pedal	Multifuncional
Pedestal	Para soporte de equipo.

Accesorios	5 juegos de cassetes
	Todos aquellos para 2 cirugias de segmento anterior
	Todos aquellos para 2 cirugias de segmento posterior
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	VAC: 110~120 V - 60 Hz.
Certificados de Calidad del Equipo	Certificaciones FDA o CE.
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Mantenimiento Preventivo	Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.