



Ministerio  
de **Salud Pública**

## FICHA TÉCNICA DNES

**CÓDIGO DNES Nº** FIB-02-R04

**FECHA VIGENCIA:** 21/06/2017

**REVISIÓN:** CUARTA

### DATOS GENERALES

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	FIBROSCOPIO PORTÁTIL PARA INTUBACIÓN
<b>TIPO</b>	Equipo Biomédico
<b>DEFINICIÓN</b>	Equipo portátil básico de fibroscopía óptica para intubación con múltiples usos clínicos tanto diagnósticos como terapéuticos.
<b>DEPENDENCIAS PARA USO EN</b>	Emergencia, Centro Quirúrgico

### ATRIBUTO

### VALOR

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

<b>Campo de visión</b>	≥ 90°
<b>Longitud de trabajo</b>	≥ 600 mm
<b>Movimiento hacia arriba</b>	≥ 130°
<b>Movimiento hacia abajo</b>	≥ 130°
<b>Diametro externo</b>	≤ 4,2 mm
<b>Canal de trabajo</b>	≤ 2 mm
<b>Accesorios</b>	Una (1) fuente de luz halógena o Led o de Xenón
	Un (1) Verificador de hermeticidad
	Cinco (5) Bombillos halógenos en el caso de que la fuente de luz sea halógena o Xenón
	Un (1) Cepillo para limpieza largo
	Dos (2) Válvulas de succión
	Un (1) Maletín de transporte

### OTRAS ESPECIFICACIONES

<b>Energía / Alimentación</b>	No aplica
<b>Instalaciones / Infraestructura</b>	No aplica
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Garantía técnica de 2 años a partir de la puesta en marcha del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Uno de los siguientes certificados: FDA y/o CE y/o ISO
<b>Mantenimiento Preventivo</b>	Según recomendaciones del fabricante.
<b>Cronograma de mantenimientos preventivos</b>	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.