



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº

FIB-04-R01

FECHA VIGENCIA:

03-dic-14

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

FIBROSCOPIO - COLEDOSCOPPIO

DEFINICIÓN

Equipo de endoscopia flexible completo y funcional para intervenciones de la vía biliar y pancreática.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

- 1.1. Dirección visual de 0°
- 1.2. Longitud de trabajo de mínimo de 450 mm.
- 1.3. Flexión activa de mínimo de 130° hacia arriba.
- 1.4. Flexión activa de mínimo de 120° hacia abajo.
- 1.5. Sistema de enclavamiento para posicionamiento de punta de instrumento.
- 1.6. Que sea compatible con el sistema de cámaras existentes en las distintas salas.
- 1.7. Sistema de irrigación continua de fibroscopio compuesto por:
 - a) Canal de trabajo e irrigación entre 3.6 a 4.5 Fr o Charr.
 - b) Camisa entre 7.5 a 10 Fr o Charr

2. Accesorios

- 2.1. Un (1) Contenedor para esterilización a gas.
- 2.2. Un (1) pinza de agarre flexible reutilizable
- 2.3. Un (1) pinza de biopsia flexible reutilizable
- 2.4. Seis (6) canastillas extracción de cálculos
- 2.5. Un (1) Adaptador para conexión de instrumentos
- 2.6. Un (1) Cable de fibra óptica mínimo 2.3 metros
- 2.7. Un (1) cepillo de limpieza

3. Consumibles

- 3.1 Canastillas de extracción de cálculos

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

N.A.

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificaciones FDA y/o CE . Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.