



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

HID-01-R03

FECHA VIGENCIA:

06-feb-13

NÚMERO REVISIÓN:

TERCERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Equipo de hidrocálculo para cuatro compresas

DEFINICIÓN

Dispositivo para suministro de calor regulado para compresas térmicas reusables.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|---|
| 1. Características básicas del equipo | 1.1 Unidad de calor para compresas calientes reusables. |
| | 1.2 Deberá mantener la temperatura clínica ideal de las compresas, gracias a su termostato controlado digitalmente. |
| | 1.3 Fabricado en acero inoxidable. |
| | 1.4. Con control del nivel de agua. |
| | 1.5 Temperatura de trabajo de 10°C a 60 °C o más. |
| | 1.6 Dispondrá de aislamiento de fibra de vidrio para reducir el gasto de energía eléctrica y la pérdida de calor. |
| | 1.7 Sin necesidad de instalación de fontanería. |
| | 1.8 Set de ruedas de goma giratorias al menos de 80 cm. para moverlas fácilmente. |
| | 1.9. Consumo de corriente con una resistencia de 1000 W. |
| | 1.10. Asas laterales para su manejo y bisagras metálicas con diseño ergonómico. |
| | 1.11. Dimensiones aproximadas: 40 cm de alto x 20 cm ancho x 30 cm de largo. Peso aproximado: 9-10 kg. |
| 2. Accesorios | 2.1. Incluye cuatro (4) compresas de calor húmedo tamaño estándar (medida 25 x 30 cm). |
| 3. Consumibles | 3.1. Compresas de tipo hospitalario para uso en fisioterapia |

OTRAS ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz. |
| Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento |
| Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. |
| Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía |
| Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado. |