



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DNES

**CÓDIGO DNES N°** IMP-05-R03

**FECHA VIGENCIA:** 06/06/2017

**REVISIÓN:** TERCERA

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO** Impedanciómetro clínico

**TIPO** Equipo biomédico

**DEFINICIÓN** Analizador de oído medio, capaz de realizar timpanometrías, pruebas de reflejo de umbral e identificar pérdidas conductivas

**DEPENDENCIAS PARA USO EN** Otorrinolaringología

### ATRIBUTO

### VALOR

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Tipo acústico** Pruebas de reflejos acústicos

**Tipo Decay** Pruebas de reflejo decay

**Tipo frecuencial** Timpanometría multifrecuencial

**Tonos sonda** Estándar: 226 Hz

**Pantalla** Para visualización de parámetros y curvas .

**Accesorios** Auricular interno para las pruebas de contra reflejo  
Sonda o transductor desmontable de alta frecuencia

Software

Todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo en todas sus funciones.

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**Energía / Alimentación** 110 VAC  $\pm$  10% / 60 Hz

**Instalaciones / Infraestructura** No aplica

**Garantía técnica fabricante** Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.

**Certificados de Calidad del Equipo** Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO

**Mantenimiento Preventivo** Según recomendación del fabricante

**Cronograma de mantenimientos preventivos** Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.