



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº

INC-03-R01

FECHA VIGENCIA:

10-jul-14

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Incubadora de Indicador Biológico

DEFINICIÓN

Equipo que mantiene la temperatura necesaria para realizar la lectura de los indicadores biológicos e indicar si los procesos de esterilización están siendo efectivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO

VALOR

Tipo

De sobre mesa

Número de orificios para indicadores biológicos

Mínimo 10

Tiempo de calentamiento del equipo

Mínimo 30 minutos

Temperatura de trabajo

Variable

Dentro del rango de 16°C a 40 °C

Alarma

Audible o sonora, activada al encontrar un resultado positivo.

Pantalla

LCD

Accesorios

Incluye patch cord o ethernet

Energía / Alimentación

110 V / 60 Hz.

Certificados de Calidad

FDA o CE.

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Mantenimiento Preventivo

Cada seis meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.