



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº

LAC-01-R01

FECHA VIGENCIA:

28-dic-15

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

LACTOACIDÍMETRO

DEFINICIÓN

Equipo con la capacidad de medir automático el valor de lactato en sangre

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO

VALOR

Test

Mediante tiras reactivas

Volúmen mínimo de sangre para examen

0,5 microlitros

Pantalla

Para visualización de datos

Tiempo para mostrar resultados

Menor a 30 segundos

Capacidad de almacenamiento

De al menor 50 resultados

Accesorios

Maletín de transporte

100 lancetas o 1 portalancetas automático

Un pack o caja de tiras reactivas

Energía / Alimentación

Baterías

Certificados de Calidad

FDA o CE.

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento