



Ministerio de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº LAV-02-R05

FECHA VIGENCIA: 31-mar-15

NÚMERO REVISIÓN: QUINTA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO LAVADORA CENTRIFUGADORA CON BARRERA SANITARIA DE 60-70kg

DEFINICIÓN Lavadora industrial de alta velocidad con capacidad de 60 kg - 70 kg de ropa hospitalaria con función de centrifugado

ATRIBUTO VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo	Velocidad centrifugado
	1.1 De 300 rpm o más.
	Fuerza/ Factor G
	1.2 Mínimo de 300 G
	Capacidad
	1.3 De entre 60 - 70 kg
	Calefacción
	1.4 Calefacción según instalaciones del Hospital (a vapor / eléctrica)
	Estructura
	1.5 Con barrera sanitaria
	1.6 Estructura de tambores interiores y exteriores, puertas y paneles exteriores y cubierta en acero inoxidable igual o superior a AISI304
	1.7 Dos (2) puertas con sistema eléctrico
	1.8 Motor trifásico
	1.9 Control de frecuencia de motor para las velocidades variables del tambor.
	1.10 Conexiones para agua fría, agua caliente, con desagüe de 2" o más.

2. Accesorios N/A

3. Consumibles 3.1 Dos (2) cajas de detergentes y/o aditivos para el lavado de material.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	220 V 60 HZ Trifásica
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
Certificados de Calidad del Equipo	Certificaciones FDA y/o CE. Certificación ISO 90001
Mantenimiento Preventivo	Cada cuatro (4) meses deberá dar mantenimiento preventivo, el cual debe incluir revisión y control de los parámetros de funcionamiento, limpieza, y demás procesos inherentes a la actividad, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma referencial de los mantenimientos preventivos.