



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

**CÓDIGO PIFEMEFS Nº**

LAV-06-R01

**FECHA VIGENCIA:**

16-abr-13

**NÚMERO REVISIÓN:**

PRIMERA

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO**

Lavadora para material de vidrio

**DEFINICIÓN**

Dispositivo automatizado de lavado y desinfectado de material de vidrio de una puerta y uso hospitalario.

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### 1. Características básicas del equipo

- 1.1. Lavadora desinfectora con 1 puerta y equipada con bomba de lavado.
- 1.2. Fabricación completa en acero inoxidable de doble pared, cámara, brazos de lavado y filtros en acero inoxidable AISI 316.
- 1.3. Controlada por microprocesador y con display tipo LCD, que permita visualizar temperatura de uso, ciclo, y tiempo de desinfección
- 1.4. Programable con mínimo cinco tipos distintos de programas de parámetros abiertos
- 1.5. Diseñada para trabajo con 3 tipos distintos de conexiones de agua: fría, caliente y desmineralizada
- 1.6. Con dos (2) niveles de lavado y secado por aire caliente HEPA.
- 1.7. Dimensiones aproximadas externas: 600 ancho X 650 profundidad X 850 altura
- 1.8. Capacidad útil de 150 L, o superior
- 1.9. Equipo que funcione con presión de agua: 200 a 800 kPa.
- 1.10. Dispondrá de conexión para desagüe de mínimo 2 pulgadas de diámetro.

#### 2. Accesorios

- 2.1. Un (1) Condensador de vapor.
- 2.2. Un (1) Descalcificador
- 2.3. Dos (2) bombas para agentes limpiadores con sensor de nivel.
- 2.4. Juego de tres (3) cestas o bandejas para depósito de materiales

#### 3. Consumibles

N.A

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**Energía / Alimentación**

VAC: 220V, 60 Hz. Trifásica

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

**Certificados de Calidad del Equipo**

Certificaciones FDA y/o CE . Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

**Mantenimiento Preventivo**

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.