



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DNES

CÓDIGO DNES Nº

LÁM-06-R01

FECHA VIGENCIA:

03/01/2017

REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Lámpara lupa

TIPO

Equipo biomédico

DEFINICIÓN

Lámpara de aumentos

DEPENDENCIAS PARA USO EN

Consulta externa, hospitalización, emergencia y otras.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características básicas

Lámpara de luz con lupa incorporada

Foco orientable en todas direcciones

Regulable en altura

Tubo fluorescente o led mayor o igual a 20W

Lupa de cinco (5) dioptrías mínimo.

Soporte o peana será de aluminio con cinco ruedas giratorias al menos de 50 mm

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

110 VAC \pm 10% / 60 Hz

Instalaciones / Infraestructura

No aplica

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 1 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.

Certificados de Calidad del Equipo

Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO 13485.

Mantenimiento Preventivo

No aplica

Cronograma de

mantenimientos preventivos

No aplica