



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

**CÓDIGO PIFEMEFS Nº**

**MAQ-04-R02**

**FECHA VIGENCIA:**

**18-abr-13**

**NÚMERO REVISIÓN:**

**SEGUNDA**

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO**

**Maquina envasadora de unidosis en blíster.**

**DEFINICIÓN**

Dispositivo automatizado para corte y preparación de unidosis mediante envasado en blíster o granel

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**1. Características básicas del equipo**

1.1. Con capacidad para envasado de blíster o granel, envasado horizontal, envasado de blíster precortado de gran tamaño, envasado de tratamientos y envasado de especialidades cortadas y/o múltiples.

1.2. Sistema de control por procesador

1.3. Equipado con un Lápiz lector de código de barras.

1.4. Sistema de parada de emergencia.

1.5. Control térmico digital.

1.6. Precortado preciso y de gran calidad.

1.7. Sellado hermético.

1.8. Velocidad: superior a 2,000 unidades/hora.

1.9. Impresión directa sobre papel térmico.

**2. Parámetros técnicos**

2.1. Presión de aire comprimido 0.6 - 0.8 MPa

2.2. Consumo de aire aproximado (compresor)  $\geq 0.25$  m<sup>3</sup>/min

2.3. Consumo de energía aproximadamente de 1 KW / 50 Hz / 400 V

**3. Accesorios**

N.A

**4. Consumibles**

N.A

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**Energía / Alimentación**

Voltaje de alimentación 110 V / 60 Hz

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

**Certificados de Calidad del Equipo**

Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

**Mantenimiento Preventivo**

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos