

CÓDIGO PIFEMEFS Nº	MAQ-05-R01
FECHA VIGENCIA:	04-ene-13
NÚMERO REVISIÓN:	PRIMERA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Máquina reensadora de líquidos (específicamente jarabes)
DEFINICIÓN	Sistema robotizado y controlado por microprocesador para el llenado de líquidos de uso farmacéutico.
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Características básicas del equipo	1.1. Superficie de llenado aprox 420 x 240 mm.
	1.2. Puntos de llenado: 99 en eje X y 99 en eje Y
	1.3. Gradilla de llenado programable y almacenable en memoria.
	1.4. Permite el llenado de cualquier tipo de vial o frasco.
	1.5. Altura máxima de los recipientes a llenar: 200 mm
	1.6. Dotado con no menos de 90 memorias de almacenamiento de procesos.
	1.7. Velocidad no inferior a 110 mm/s.
2. Sistema dosificador de bomba peristáltica	2.1. Rango volumétrico (0,01mL-9.999mL)
	2.2. Velocidad no inferior a 13 mL/s.
	2.3. Precisión de $\pm 1\%$ para volúmenes > 2 ml.
	2.4. Calibración en 30 segundos, a un solo punto y válido para cualquier volumen.
	2.5. Permitirá programar: volumen, unidades a envasar, velocidad de envasado e intervalo de espera entre dosis, pudiendo almacenar hasta 20 rutinas en memoria.
	2.6. Control del accionamiento automático, manual por pedal (manos libres) o por tecla de mando.
3. Accesorios	N.A
4. Consumibles	N.A
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	Voltaje de alimentación 110 V / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo	Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.
Mantenimiento Preventivo	Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos