



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

MES-04-R01

FECHA VIGENCIA:

23-feb-13

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Mesa antivibratoria para balanza de laboratorio

DEFINICIÓN

Mesa antivibratoria para balanza analítica

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

1.1. Estructura de acero recubierto en lamina de acero inoxidable tipo 304 calibre 20 o superior

1.2. Formada por 2 pedestales, un travesaño y cubierta

1.3. Con sistema antivibratorio basado en pedestales de hule antivibración en la base

1.4. Placa de mármol de apoyo

1.5. Dimensiones aproximadas 95 cm de altura, 80 cm de ancho y 50 cm de fondo.

2. Accesorios

N.A

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

N.A

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificaciones FDA y/o CE . Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.