



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

MES-29-R02

FECHA VIGENCIA:

24-jun-13

NÚMERO REVISIÓN:

SEGUNDA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Mesa de trabajo con fregadero

DEFINICIÓN

Mesa de trabajo con seno y desagüe

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

1.1. Mesa de trabajo con seno.

1.2. Fabricado en acero inoxidable calidad AISI 304.

1.3. Plano superior liso con una cubeta aproximadamente de: 35 cm x 35 cm x 15 cm con válvula de desagüe y zócalo de 10 cm

1.4. Plano inferior liso a una altura de aproximadamente 20 cm del suelo

1.5. Patas con niveladores

1.6. Dimensión aproximada de 150 cm x 85 cm x 60 cm.

2. Accesorios

2.1. Sistema de grifo monobloque.

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

N.A

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada seis meses deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se deberá entregar junto con la oferta.