

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO DND**

CÓDIGO DNES N°

MES-52-R01

FECHA VIGENCIA:

04-ene-13

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Mesa de bipedestación

DEFINICIÓN

Permite que el paciente se incorpore con la finalidad de mejorar su digestión, mejorar la respiración al liberar el diafragma y fortalecer su sistema circulatorio al permitir la llegada de sangre a las extremidades inferiores por efecto de la gravedad.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. DESCRIPCIÓN GENERAL:

- 1.1 Fabricado en acero inoxidable con acabados en pintura electrostática
- 1.2 Deberá poseer 4 ruedas con sistema de frenado
- 1.3 La base debe ser acolchonada, tapizado con vinilo
- 1.4 Sistema de Inclinación eléctrica de 0 a 90°, con control remoto

2. ACCESORIOS

- 2.1 Una mesa desmontable que permita regular la altura, preferiblemente de polipropileno.
- 2.2 Un Juego de fajas de fijación

3. CONSUMIBLES

N/A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

VAC: 110/120 V, 60 Hz.

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificaciones FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas, horas y listado de personal técnico calificado.