



Ministerio  
de Salud Pública

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO  
CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES**

**CÓDIGO DNES Nº**

**MES-71-R01**

**FECHA VIGENCIA:**

**29-sep-15**

**NÚMERO REVISIÓN:**

**PRIMERA**

**DATOS GENERALES**

**NOMBRE GENÉRICO**

Mesa de acero inoxidable 1,15m x 2,00 m

**DEFINICIÓN**

Mesa de acero inoxidable para trabajo en zona de esterilización

**ATRIBUTO**

**VALOR**

**Material**

Fabricado en acero inoxidable AISI 304

**Estructura**

Rectangular con base en tubo cuadrado de acero inoxidable con soporte en T

**Dimensiones**

Largo: Mínimo de 200 cm  
Ancho: Mínimo de 115 cm  
Alto: Mínimo de 90 cm

**Imagen referencial**



**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de recepción definitiva del equipamiento.