



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DNES

<b>CÓDIGO DNES N°</b>	<b>MES-75-R01</b>
<b>FECHA VIGENCIA:</b>	<b>02/06/2017</b>
<b>REVISIÓN:</b>	<b>PRIMERA</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>Mesa de operaciones de especialidades</b>
<b>TIPO</b>	Equipo biomédico
<b>DEFINICIÓN</b>	Mesa para procedimientos quirúrgicos con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano.
<b>DEPENDENCIAS PARA USO EN</b>	QUIROFANO, SALA DE CIRUGÍA
<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
<b>Tipo</b>	Mesa quirúrgica móvil Modular
<b>Accionamiento</b>	Electrohidráulico y/o motorizado y/o eléctrico y/o neumático
<b>Movimientos mínimos</b>	Altura Desplazamiento longitudinal Regulación de piernas Regulación de cabecero Inclinación lateral Trendelenburg/Antitrendelenburg.
<b>Sistema de reajuste de la placa dorsal</b>	Requerido
<b>Sistema de movilidad</b>	Con cuatro (4) ruedas Sistema de freno
<b>Secciones mínimas</b>	Cabecera Dorso Asiento Piernas
<b>Posturas mínimas</b>	Ginecología / Urología Traumatología / Ortopedia Otorrinolaringología / Oftalmología Nefrectomía Neurocirugía
<b>Medidas aproximadas de la mesa</b>	Longitud total: 210 cm ( $\pm 10$ cm) Ancho total: 60 cm. ( $\pm 10$ cm) Altura $\leq 77$ cm a $\geq 90$ cm.
<b>Chasis radiográfico</b>	Requerido
<b>Accesibilidad</b>	Para el uso de intensificador de imagen o arco en C
<b>Capacidad de carga</b>	Al menos 220 kg
<b>Sistema de Control y mandos</b>	Mando por cable y/o mando integrado en el revestimiento de la columna y/o por pedal
<b>Batería auxiliar</b>	Requerido
	Unidad de control por cable o a distancia Accesorios básicos para ginecología y urología

<b>Accesorios</b>	Accesorios básicos para ortopedia y traumatología
	Accesorios básicos para ORL y oftalmología
	Accesorios básicos para cirugía renal
	Accesorios básicos para neurocirugía
	Un (1) porta chasis
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	VAC: 110 - 120 V, 60 Hz.
<b>Instalaciones / Infraestructura</b>	No aplica
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Certificaciones: FDA. y/o CE y/o ISO 13485
<b>Mantenimiento Preventivo</b>	De acuerdo a la recomendación del fabricante
<b>Cronograma de mantenimientos preventivos</b>	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.