



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº

MIN-03-R01

FECHA VIGENCIA:

28-ene-15

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Minicentrífuga para tubos de 0,2 a 1,5 ml.

DEFINICIÓN

Centrífuga pequeña y compacta de mesa para realizar centrifugados cortos de 20 a 30 segundos.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

1.1. Capacidad mínima de 6 tubos de 1.5 ml.

1.2. Carcasa con tapa transparente con sistema de seguridad de apertura de movimiento.

1.3. Velocidad máxima de 6000 rpm.

1.4 Base de caucho anti deslizable o similar.

1.5 Extracción de rotores sin necesidad de herramientas.

2. Accesorios.

2.1. Un (1) rotor adicional para dos tiras de ocho tubos de 0,2 ml PCR.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

VAC: 110 V / 60 Hz

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.

Certificados de Calidad del Equipo

Certificación FDA y/o CE. Certificación ISO 9001 para buenas prácticas de fabricación y/o ISO 13485 para equipos médicos.

Mantenimiento Preventivo

Cada seis meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas, horas y listado de personal técnico calificado.

810

405